

## 2-28 臨床検査科

### 業務実績

#### 1. 2023 年度 外部精度管理参加結果

- ① 57 回日本医師会精度管理調査での点数 99.1 点、(D) 評価なし。総合評点 96.8 点
- ② 40 回静岡県医師会精度管理調査：99.1 点 (114/115)
- ③ 59 回日臨技精度管理調査：99.2 点 (244/246)、  
(D) 評価：2 項目～WBC：単位違いによる誤記、ABR 検査～知識不足。是正報告済。

#### 2. 検査技師を対象に勉強会「知得会」を開催 (第 88～94 回)。

#### 3. 検査結果の見方、考え方：検査の説明パンフレットを見直し (前文、測定単位の訂正) 採血室・受付等に配布。

#### 4. 採血室、中央検査室一部、移転。

#### 5. 結果報告時間の短縮について現状調査。

### 研究活動；報告・発表

- ① 第 40 回 静岡県臨床検査精度管理調査報告書、2023.10
- ② 日本総合健診医学会第 51 年次 2023 年度 臨床検査精度管理報告書、2024.3
- ③ 優良施設認定実査概況：総合健診 50.6 101～102 2023
- ④ 私と総合健診：総合健診 50 周年記念誌 41～42 2023.11

(特任教授 田内一民)